

OSK 97AU118 果物硬度計

果樹の科学研究部、フルーツの会社、果樹の農場、大学などで、リンゴ、ナシ、スイカ、バナナなどの果物の硬度を測定し、果物の成熟度を判定するために使用されるフルーツ硬化度計です。



【特徴】

ポータブル

小型

軽量

可視化された数値を表示

【仕様】

番号 OSK 97AU	118-A	118-B	118-C	
測定範囲	2-15kg/cm ²	0.5-4kg/cm ²	0.5-24kg/cm ²	0.5-12kg/cm ²
先端部直径	Φ3.5mm	Φ3.5mm	Φ8mm	Φ11mm
精度	±0.1	±0.02	±0.1	
挿入深さ	10mm			
寸法	140×60×30mm			
重量*約	0.3kg			

【標準付属品】

フルーツ硬化度計本台

取扱説明書

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

OSK オガワ精機株式会社

TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373

Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1.1 2024/6/28