

OSK 97NTC300 全有機炭素測定装置

97NTC300 全有機炭素測定装置は、製薬用水、洗浄バリデーション、注射用水、純水、飲料水等、薬品、バイオテクノロジー、研究所等、幅広い分野に適しております。



OSK 97NTC 300

特徴

●安全

自動漏れチェックシステムにより、操作ミスを回避し、機器のパフォーマンスを向上させ、操作の安全性を確保します。

●自動漏れチェックシステム

サンプリング量に応じて冷却モジュールの電力を調整します。これにより、乾燥性能が向上し、検出器に乾燥ガスが確実に流入するシステムとなっております。

●オートサンプラーを使って効率アップ

オプションのオートサンプラーを使えば、効率よくさまざまなサンプルをテストする事が可能です。

標準付属品

試料容器、廃液容器、試薬容器、電源ケーブル、USBケーブル、取扱説明書

仕様

型番	OSK 97NTC 300
検出方法	UV/過硫酸酸化法（UV照射による湿式酸化方式）
測定項目	TC, TIC, TOC, NPOC
測定モード	PC制御
アプリケーション	試料水
使用ガス	窒素 ≥ 99.995%
測定範囲	0-10,000mg/l (ppm)
検出限界	5μg/l (ppb)
再現性	3%
最大塩分濃度	85g/l
消費電力	200W
電源要件	AC 110V, ±10%、50/60Hz
寸法	幅 430 x 奥行 455 x 高さ 440mm
原産国	中国

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk-domestic2@ogawaseiki.com
Ver. 1.3 2026/10/5